

شماره ۶۶۵/۱۶۱۷۲۲
تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
سوت نبدارد



مدیر عامل محترم شرکت داروسازی دانا

سلام علیکم؛

با احترام، باتوجه به نامه شماره ۴۶۵۴۶/۲۶۸۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ مرکز محترم آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو نمونه ویال مروپنم ۱ گرمی (مروکسان) ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت 9208VMX006.1 و تاریخ انقضای ۲۰۱۵/۱۱ به علت نفوذ آب به داخل ویال در آزمون نفوذپذیری غیرقابل قبول می باشد. لذا مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به ریکال محصول فوق از سری ساخت مذکور اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

ضمناً مقتضی است ضمن ارسال تعداد ۲۰ عدد نمونه هر یک از سری ساخت های ماقبل و بعد سری ساخت فوق، مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه آزمایش به حساب شماره ۲۱۷۳۵۲۹۰۰۲۰۰۹ رابط درآمدی نزد بانک ملی شعبه فخررازی کد ۸۶ واریز و رسید آن را به این اداره کل ارسال نمایید.

دکتر مهدی پیر صالحی
مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
از طرف
معاون فنی دکتر مصطفی کریمی