

شماره: ۶۶۴/۳۳۰۷۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲۲:۲۹

پیوست: ندارد

سرمايه گذاري براي توليد

مدیر عامل محترم شرکت سهل گستران درمان

موضوع: اصلاحیه بازفراخوان دستکش استریل شرکت سهل گستران درمان به کد رهگیری RFP001911/1

با سلام و احترام:

پیرو مکاتبات قبلی به شماره ۶۶۴/۳۰۲۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ در خصوص گزارش مشکل کیفی از دستکش استریل شرکت سهل گستران درمان با کد رهگیری MDR03479152 به شرح وجود جسم خارجی (مگس) و عطف به نامه شماره ۲۱۶۸/۳۸۷۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ مبنی بر وارداتی بودن کالای مورد گزارش بصورت بالک و نظر به بررسی های به عمل آمده شماره سریال اعلام شده تصحیح گردیده و کالای وارداتی شرکت مذکور با سری ساخت گزارش شده در سایت (RFP001911/1) بازفراخوان سطح ۳ اعلام می گردد.

شرکت موظف است ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به جمع آوری کلیه کالاها اقدام نموده و نتیجه مطابق دستورالعمل حوادث ناگوار سلامت مندرج در سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت سایر اقدامات اصلاحی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام نماید.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

