

شماره: ۶۶۴/۱۵۸۲۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
پیوست: ندارد
سرمایه گذاری برای تولید

مدیر عامل محترم شرکت اطهران جراح شرق

موضوع: در خصوص گزارش مشکل کیفی از ست خون شرکت اطهران جراح شرق

با سلام و احترام:

با توجه به بررسی های به عمل آمده و مشاهده عدم انطباق در گزارش بررسی ست خون شرکت اطهران جراح شرق با سری ساخت ۲۳۸۴۱۱۱۸، کالای مذکور با این سری ساخت بازفراخوان سطح ۳ اعلام می گردد.

مقتضی است نسبت به جمع آوری اقلام سری ساخت فوق الذکر اقدام نموده و نتیجه را مطابق دستورالعمل حوادث ناگوار سلامت مندرج در سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت سایر اقدامات اصلاحی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام گردد.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
سرکار خانم تختا متصدی محترم امور دفتری

